

## ABSTRAK

Pemeliharaan preventif alat kesehatan itu sendiri sangat penting agar dapat menjamin pelayanan yang prima perawatan terhadap pasien dan memperpanjang usia alat. Pemeliharaan maintenance alat dapat digunakan secara maksimal itu tergantung dari perawatan dan kalibrasi alat. Pada skripsi kali ini penulis menganalisis pemeliharaan preventif maintenance alat Baby Incubator berdasarkan prosedur ECRI.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pemeliharaan maintenance alat Baby Incubator berdasarkan form ceklis ECRI dan apakah adanya pemeliharaan teknis maintenance alat baby incubator pada rumah sakit sesuai dengan prosedur ECRI. Data yang digunakan berasal dari primer dan data sekunder. Data yang diambil oleh peneliti berasal dari data yang dilakukan selama 3 hari pada rumah sakit. Penelitian ini melakukan uji kuantitatif dan tes kualitatif dari form ECRI. Selanjutnya dilakukan Pembuatan tabel laik dan tidak laik pakai alay baby incubator dengan hasil yang menyatakan terdapat ketidak sesuai nya prosedur dengan ecri

teknis menggunakan metode ECRI dengan Kondisi laik dan tidak laik pakai dengan nilai hasil dari 5 alat baby incubator dengan merek yang berbeda yang laik pakai dan dapat digunakan yaitu hanya 4 alat baby incubator 1 alat tidak laik pakai

Kunci : Baby Incubator, ECRI, Preventif Maintenance